



- IDÉAL POUR LA POURSUITE DU TRAITEMENT À DOMICILE
- TENS : CEFAR FLOW TENS, FRÉQUENCE MIXTE (STIMULATION DE HAN), PLUSIEURS PROGRAMMES DE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR
- NMES : PROGRAMMES DE RÉÉDUCATION NEUROLOGIQUE ET ORTHOPÉDIQUE
- DÉTECTION DES TRONCS NERVEUX POUR INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE TOXINE BOTULIQUE

**CARACTÉRISTIQUES**

**CEFAR EASY TOUCH™**

Réglage automatique de l'intensité. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'intensité soit réglée et ajustée automatiquement en fonction des résultats de l'analyse Autotest. La fonction Cefar Easy Touch™ facilite l'application du traitement et permet d'effectuer la séance de stimulation à un niveau optimal et efficace.

**CEFAR CLINICAL GUIDE (CCG™)**

Des informations complètes à propos des indications les plus courantes se trouvent dans le guide de l'utilisateur.

**COMMUTATEUR MANUEL**

Le commutateur manuel permet le réglage manuel de la durée des contractions dans les programmes de stimulation intermittente, garantissant ainsi un traitement efficace et personnalisé.

**PROGRAMMATION**

Rehab X2 permet au thérapeute de créer et d'enregistrer 3 programmes personnels.

**CEFAR FLOW TENS**

Un programme pré-défini comprenant une nouvelle méthode de stimulation confortable. Utilisez les canaux simultanément pour associer le soulagement de la douleur à une sensation agréable de massage.

**AUTRES AVANTAGES**

Écran rétroéclairé, fonction pause, verrouillage de programme et/ou du clavier, minuterie, auto-contrôle et surveillance.

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
<b>111.126+</b>	<b>REHAB X2</b>
42197	Électrodes Dura-Stick® Plus Ø 50 mm (x 4)
111.960	Kit chargeur + 4 piles rechargeables 1,5 V
1240	Jeu de 2 câbles bipolaires
1495	Clip ceinture + Mousqueton + Tour de cou
<b>ACCESSOIRES EN OPTION</b>	
1845	Interrupteur manuel
GEBF2-42802F-N	Raccord injection Toxine Botulique. Banane Femelle 2 mm DIN42802 - Chassis Femelle Noir
GEBF2-42802F-R	Raccord injection Toxine Botulique. Banane Femelle 2 mm DIN42802 - Chassis Femelle Rouge

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Nombre de canaux :	2
Nombre de programmes :	27 présélectionnés, 3 programmables
Courant constant :	Jusqu'à une résistance de 1300 Ohm/canal maximum
Amplitude maximale :	99,5 mA
Incréments d'intensité :	Minimum 0,5 mA
Durée/amplitude max des impulsions :	400 µ secondes
Fréquence :	1-120 Hz
Source d'énergie :	2 x 1,5 V AA
Dimensions L x H x P :	120 x 52 x 27 mm
Poids :	180 g batterie incluse

**FORME D'ONDES**



• Biphassée asymétrique  
100% compensée

**GARANTIE : 2 ANS**



Télécharger le manuel d'utilisation du Rehab X2 Chattanooga®

Dispositif médical de classe IIa qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE et évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.